




ЭТАЛОН-КОМ

Усилитель тензодатчика нормирующий
торговой марки
УТН

Серия УТН-3

Код ОКПД 2 26.20.16.190

Паспорт



г. Казань 2015г.

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные параметры и характеристики усилителя тензодатчика УТН-З далее изделие.

Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации изделия.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие предназначено для питания датчиков стабилизированным напряжением и усилением сигнала с нормированием до уровня и диапазона 0-20, 4-20мА.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Напряжение питания	18...36В.
Гальваническая изоляция вход выход питания	1500В.
Напряжение питания датчиков	10В.
Количество подключаемых датчиков	1 до 4 max 6* штук.
Потребляемая мощность, Вт.	3
Входные диапазоны, мВ\В	1, 2, 3.
Выходной диапазон	0-20мА, 4-20мА.
Сопrotивление нагрузки выхода, Ом	500 Ом не более.
Относительная погрешность, %	0.1
Рабочий диапазон температуры	-30 +60 °С
Габаритные размеры	145×100×40
Степень защиты корпуса	IP 54
Материал корпуса	металл
Масса изделия нетто/брутто (кг.)	0,45/0,48

*- подключение датчиков более 4 осуществляется через соединительную коробку
При подключении датчиков более 1 необходимо проверять параметры датчиков на возможность использования их при параллельном подключении.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Изделие	1шт.
Паспорт	1шт.

5. СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

Срок службы, лет 5
Условия хранения должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150-69
Гарантийный срок хранения 6 лет с момента изготовления.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно производиться в упаковке изготовителя в закрытом транспорте в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 60°С.
С соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Изделие не содержит драгметаллов. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая изделие.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям ТУ 26.20.16-001-01575607-2015 указанным в настоящем паспорте при соблюдении потребителем условий и режимов эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену вышедшего из строя изделия.

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделия, если неисправность возникла по вине изготовителя.

Срок проведения ремонтных работ по гарантийным обязательствам – не более 20-и дней с момента поступления изделия в сервисный центр.

Гарантия не распространяется на изделие, если:

- в конструкцию, были внесены изменения;
- изделие использовалось не по назначению;
- имеются механические повреждения изделия;

Гарантийные обязательства выполняются только при наличии заполненного надлежащим образом настоящего паспорта и сохранности пломб изделия (если таковые имеются).

7. СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Усилитель УТН-3, заводской № _____ соответствует техническим характеристикам, указанным в настоящем паспорте, и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

Технический контролер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Адрес предприятия изготовителя:

ООО «Эталон-Ком»

420095 г. Казань ул. Восстания, д. 102А.

тел. (843) 248-76-08

www.etalonkom.ru

e-mail: etalkom@mail.ru